



Comissao Permanente de Licitacao <cpl@ufam.edu.br>

PREGÃO 21/2022 - UASG 154039 - ESCLARECIMENTO

5 mensagens

Adriana Silva <adriana@mogiglass.com.br>

5 de setembro de 2022 15:32

Para: Comissao Permanente de Licitacao <cpl@ufam.edu.br>

Ótima tarde!

Gostaria de obter um descritivo mais claro sobre o Microscópio COD 440806, uma vez que a breve descrição do objeto não está sendo suficiente para detectar de qual equipamento se trata.

Poderia me fornecer uma descrição complementar, por favor?

Fico no aguardo.

Desde já agradeço.

Att,

--

**Adriana Silva****Dep. de Vendas Públicas**

adriana@mogiglass.com.br

Skype:adriana.mogiglass

www.mogiglass.com.br

(11) 4723-4110 - ramal 143**Comissao Permanente de Licitacao** <cpl@ufam.edu.br>

8 de setembro de 2022 15:19

Para: coordadmfcf@ufam.edu.br, coordcursofcf@ufam.edu.br, secretariafcf@ufam.edu.br

Bom dia prezado Diretor e/ou Coordenador da FCF,

A Coordenação Geral de Licitação (CGL), está com licitação em andamento para aquisição de materiais permanente (conforme edital anexo) a ser aberta no próximo dia 16/09/2022; o Licitante MogiGlass solicita esclarecimentos acerca do detalhamento técnico do produto microscópico (item 52 do edital anexo) posto que a única descrição contido no CATMAT do sistema COMPRASNET segue da seguinte forma:

440806 - Microscópio - Componentes: Iluminação Em Led, Refletida E Transmitida, Adicional: Inclinação Até 30°, Tipo De Análise: Ótico, Aumento: C/ Objetivas Até 100x, Oculares Até 10x, Tipo: Binocular;

Portanto, caso possas trazer maiores detalhes técnicos das características do produto demandado, ficarei no aguardo para repassar ao licitante.

OBS: O prazo legal para resposta ao licitante é de dois dias úteis do recebimento do pedido (item 24.5 do edital): prazo encerra amanhã dia 09/09/2022.

Stanley Soares

Agente de Contratação

CGL-PROADM-UFAM

92 98403 1377

ID Lattes: **4013528934349832**

[Texto das mensagens anteriores oculto]

pregão eletrônico 21.2022 - material permanente FCF 2022.pdf

901K

Coordenação Administrativa FCF/UFAM <coord.adm.fcf.ufam@gmail.com>
Para: cpl@ufam.edu.br

8 de setembro de 2022 17:05

Especificações para microscópio

1. Sistema óptico

- Sistema óptico infinito CFI60
- Distância parfocal: 60 mm

2. Iluminação

- Iluminador LED branco de alta luminosidade (Ecoiluminação)

3. Oculares (F.O.V)

- CFI E 10x (20 mm)
- CFI E 15x (12 mm)

4. Focalização

- Focalização coaxial
- Macrométrica/micrométrica
- Direita: micrométrica
- Esquerda: macro/micro
- Curso de focalização: 26,5 mm
- Macrométrica: 37,7 mm/volta
- Fino: 0,2 mm/volta
- Torque da rotação macrométrica ajustável, função de refocalização

5. Tubo da Ocular

- Tubo binocular E2-TB
- Ocular/Porta: 100/0, 0/100, Rotativo 360°
- Tubo ergonômico binocular C-TE2
- Inclinação: 10 a 30 graus, Extensão: até 40 mm

6. Revólver

- Revolver quádruplo (dentro da carcaça principal)

7. Platinas

- Platina retangular (dentro da carcaça principal), com suporte de espécime, Curso transversal: 78 (X) x 54 (Y) mm

8. Objetivas (N.A. / W.D., mm)

- CFI E Plan Acromática 4X (0,10 / 30)
- CFI E Plan Acromática 10X (0,25 / 0,7)
- CFI E Plan Acromática 40X (0,65 / 0,65)
- CFI E Plan Acromática 100X óleo (1,25 / 0,23)

8. Condensadores

- Condensador E2; N.A. 1,25; Diafragma de abertura com marcas de guia de posição para as respectivas objetivas CFI E Plan

Condensador de Fase E2; N.A. 1,25; Diafragma de abertura com marcas de guia de posição para as respectivas objetivas CFI Acromática DL

9. Consumo de energia (máx.)

-Valor normal: 3 W (modelo LED)

10. Peso (aprox.)

-7,3 kg (Conjunto binocular padrão)

[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

Giane Alves da Silva
Coordenadora Administrativa/FCF

--

Giane Alves da Silva
Coordenadora Administrativa/FCF

Comissao Permanente de Licitacao <cpl@ufam.edu.br>

8 de setembro de 2022 17:10

Para: Coordenação Administrativa FCF/UFAM <coord.adm.fcf.ufam@gmail.com>

Obrigado pelo retorno tempestivo.

[Stanley Soares](#)

Agente de Contratação
CGL-PROADM-UFAM

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Comissao Permanente de Licitacao <cpl@ufam.edu.br>

8 de setembro de 2022 17:22

Para: adriana@mogiglass.com.br

Boa tarde sr licitante, segue resposta ao seu pedido de esclarecimento encaminhado pelo departamento demandante.

[Stanley Soares](#)

Agente de Contratação
CGL UFAM

[Texto das mensagens anteriores oculto]