



Resposta a Recurso contra Questão de Prova Concurso Público Técnico-Administrativo - PSTEC 2023 - Nível Médio

Candidato(a): 1687. Ingrid de Souza Nunes [***.486.262-**]

Recurso em: 16/10/2023 às 11:58:02

Tópico: NM64 Técnico de Laboratório/Área: Genética [Conhecimentos Específicos ao cargo – Questões: 21-45]

Questão: 24

Questionamento (Candidato):

A questão 24 diz: "Quanto aos procedimentos de limpeza e conservação dos equipamentos nos laboratórios, assinale a alternativa INCORRETA".

De acordo com a literatura de boas práticas laboratoriais a manutenção preventiva "Compreende ações destinadas a prevenir a ocorrência de falhas, para evitar futuras quebras, provocadas pelo desgaste natural de peças proporcionar um maior rendimento e durabilidade e contribuir também para o prolongamento da vida útil dos equipamentos". o que inclui a limpeza e conservação dos equipamentos, assunto da questão 24. Mais ainda: "Quando fornecidas pelo fabricante, as instruções para o manuseio e a manutenção devem estar disponíveis para uso do pessoal do laboratório e também de empresas contratadas para a execução dos serviços de manutenção preventiva, para assegurar o correto funcionamento e prevenir contaminação ou deterioração."

De acordo com o gabarito preliminar a alternativa correta é a letra 'e' que fala sobre calibração. De fato a calibração não constitui um método de limpeza e conservação de equipamentos e sim de reparo, o que torna a alternativa uma resposta correta. No entanto, a alternativa 'b' afirma que: "Independentemente do nível e complexidade da manutenção preventiva, a limpeza e a conservação só poderão ser realizadas por técnico especializado". No entanto todo equipamento possui um manual de usuário onde instruções de limpeza e conservação do equipamento são fornecidas para que os próprios usuários do equipamento no laboratório realizem a limpeza e conservação do equipamento. Assim, a limpeza e conservação não devem ser realizadas apenas por técnico especializado (como afirma a alternativa) mas por todos os usuários do equipamento. Portanto, considero que a alternativa b também está correta porque faz uma afirmação INCORRETA (como pede a questão).

Assim, solicito que a questão 24 seja anulada.

Recurso (Candidato): Anular a questão

Parecer (Banca):

Após análise da solicitação, argumenta-se: a Calibração é o procedimento em que realizamos a comparação de valores apresentados por um equipamento de medição e os valores gerados por um padrão de referência. O objetivo da calibração é nos certificarmos se o equipamento está apto ou não para o seu uso específico. Então, não se trata somente de um processo de reparo, mas também de procedimento necessário para o uso e conservação do equipamento. Desta forma a alternativa "e" está CORRETA. Conforme, exposto pelo candidato(a) quanto a alternativa "b" "Independentemente do nível e complexidade da manutenção preventiva, a limpeza e a conservação só poderão ser realizada por técnico especializado". está INCORRETA. A Banca, concorda e aceita o argumento. Evidenciando que houve um erro no gabarito, onde lê-se alternativa "e" a resposta correta é a letra "b". No entanto, a banca INDEFERE a solicitação do candidato(a) para anular a questão, uma vez que trata-se de um erro no gabarito, o qual será realizada a devida correção.

Decisão (Banca): Alterar o gabarito para a letra "B"

Publicado em: 30/10/2023



Resposta a Recurso contra Questão de Prova Concurso Público Técnico-Administrativo - PSTEC 2023 - Nível Médio

Candidato(a): 10693. Jhadson Silva Leonel [***.157.833-**]

Recurso em: 16/10/2023 às 18:00:49

Tópico: NM64 Técnico de Laboratório/Área: Genética [Conhecimentos Específicos ao cargo - Questões: 21-45]

Questão: 24

Questionamento (Candidato):

A referida questão pede a alternativa INCORRETA, e como gabarito ficou alternativa "E" - Todo equipamento que necessitar de calibração deve ser etiquetado, codificado ou identificado de alguma outra forma, para indicar o status de calibração, incluindo a data da última calibração e a data ou critério de vencimento da calibração.

De acordo com a ABNT NBR ISO IEC 17025-2017 no artigo

6.4.8 - Todo equipamento que necessite de calibração ou que tenha um período de validade definido deve ser etiquetado, codificado ou identificado de alguma outra forma que permita que o usuário do equipamento identifique prontamente a situação de calibração ou o período de validade.

Portanto a alternativa encontra-se CORRETA.

Porém de acordo com os manuais de boas práticas laboratoriais, a limpeza e conservação dos equipamentos podem ser realizadas por profissionais treinados e de acordo com o manual do fabricante, e não somente por técnicos especializados como trás a alternativa B.

Diante do exposto, solicito a ALTERAÇÃO DO GABARITO para a alternativa B.

Anexo (Candidato):

https://drive.google.com/open?id=11DvNwbbjuJn7lw3Lb_QNJPAxi0fBCiju

Recurso (Candidato): Alterar o gabarito para a letra "B"

Parecer (Banca):

Após análise da solicitação, verificou-se que houve um erro no gabarito, portanto, onde lê-se alternativa "e" a resposta correta é a letra "b". Portanto, a banca é de parecer FAVORÁVEL ao deferimento da solicitação do candidato (a).

Decisão (Banca): Alterar o gabarito para a letra "B"

Publicado em: 30/10/2023



Resposta a Recurso contra Questão de Prova Concurso Público Técnico-Administrativo - PSTEC 2023 - Nível Médio

Candidato(a): 830. Sandro Tonello [***.810.469-**]

Recurso em: 17/10/2023 às 16:00:13

Tópico: NM64 Técnico de Laboratório/Área: Genética [Conhecimentos Específicos ao cargo - Questões: 21-45]

Questão: 24

Questionamento (Candidato):

A alternativa dada no gabarito como correta é a letra e) "Todo equipamento que necessitar de calibração deve ser etiquetado, codificado ou identificado de alguma outra forma, para indicar o status de calibração, incluindo a data da última calibração e a data ou critério de vencimento da calibração."

Levando em consideração que o enunciado solicita assinalar a alternativa incorreta, esta não poderia ser a alternativa e). É de extrema importância identificar equipamentos descalibrados em um laboratório, pois equipamentos descalibrados podem comprometer diversas análises a serem realizadas, como por exemplo a utilização de micropipetas descalibradas podem impedir o sucesso de diversas reações, como a PCR. Dessa forma, é necessário identificar os equipamentos descalibrados, e até mesmo incluir a data da última calibração para manter o bom funcionamento do equipamento.

Dessa forma, a alternativa a ser assinalada como incorreta deveria ser a letra b) "Independentemente do nível e complexidade da manutenção preventiva, a limpeza e a conservação só poderão ser realizadas por técnico especializado."

A limpeza e a conservação de equipamentos de menor complexidade deve sim ser feita por um técnico de laboratório, ex: a limpeza e conservação externa de microscópios é essencial para o bom funcionamento do equipamento, e se não realizada periodicamente, há uma maior possibilidade do equipamento apresentar algum defeito que só possa ser consertado mediante a solicitação de técnico especializado.

Dessa forma, a manutenção preventiva, a limpeza e a conservação de equipamentos de baixa complexidade deve ser feita por técnicos de laboratório para evitar a necessidade de manutenção recorrente com técnico especializado, principalmente em laboratórios onde não há recurso para manutenção especializada periódica.

Recurso (Candidato): Alterar o gabarito para a letra "B"

Parecer (Banca):

Após análise da solicitação, verificou-se que houve um erro no gabarito, portanto, onde lê-se alternativa "e" a resposta correta é a letra "b". Portanto, a banca é de parecer FAVORÁVEL ao deferimento da solicitação do candidato (a).

Decisão (Banca): Alterar o gabarito para a letra "B"

Publicado em: 30/10/2023



Resposta a Recurso contra Questão de Prova Concurso Público Técnico-Administrativo - PSTEC 2023 - Nível Médio

Candidato(a): 831. Natália Lima Lira [***.978.998-**]

Recurso em: 17/10/2023 às 16:15:12

Tópico: NM64 Técnico de Laboratório/Área: Genética [Conhecimentos Específicos ao cargo - Questões: 21-45]

Questão: 24

Questionamento (Candidato):

A questão diz que: Quanto aos procedimentos de limpeza e conservação dos equipamentos nos laboratórios, assinale a alternativa INCORRETA.

E segundo o gabarito, a alternativa a ser marcada seria a letra "e", onde: Todo equipamento que necessitar de calibração deve ser etiquetado, codificado ou identificado de alguma outra forma, para indicar o status de calibração, incluindo a data da última calibração e a data ou critério de vencimento da calibração.

No entanto, é de praxe e norma de laboratório que equipamentos que necessitem de calibração e/ou manutenção, sejam devidamente identificados, para que outras pessoas não utilizem os mesmos sem a devida manutenção, evitando prejudicar diversas análises a serem realizadas, como por exemplo a utilização de micropipetas descalibradas podem comprometer o sucesso de diversas reações como PCRs.

De forma que, a alternativa a ser assinalada como incorreta deveria ser a letra "b", onde: Independentemente do nível e complexidade da manutenção preventiva, a limpeza e a conservação só poderão ser realizadas por técnico especializado.

É norma de laboratório que os discentes auxiliem na limpeza dos equipamentos e utensílios, sendo supervisionado pelos docentes e laboratorista e, após, revisado e armazenados pelos laboratoristas, sendo ainda que, a limpeza dos equipamentos, bancadas e utensílios utilizados em pesquisas e outras atividades é de responsabilidade dos usuários, por exemplo: a limpeza e conservação de microscópios é fundamental para o bom funcionamento do equipamento, de modo que ao não ser realizada, aumenta a possibilidade do equipamento apresentar defeitos que só possam ser consertados mediante técnico especializado.

Recurso (Candidato): Alterar o gabarito para a letra "B"

Parecer (Banca):

Após análise da solicitação, verificou-se que houve um erro no gabarito, portanto, onde lê-se alternativa "e" a resposta correta é a letra "b". Portanto, a banca é de parecer FAVORÁVEL ao deferimento da solicitação do candidato (a).

Decisão (Banca): Alterar o gabarito para a letra "B"

Publicado em: 30/10/2023



Resposta a Recurso contra Questão de Prova Concurso Público Técnico-Administrativo - PSTEC 2023 - Nível Médio

Candidato(a): 1687. Ingrid de Souza Nunes [***.486.262-**]

Recurso em: 16/10/2023 às 13:21:09

Tópico: NM64 Técnico de Laboratório/Área: Genética [Conhecimentos Específicos ao cargo - Questões: 21-45]

Questão: 27

Questionamento (Candidato):

Questão 27. A fim de que a contenção exerça sua função dentro do laboratório, é imprescindível o conhecimento acerca do manuseio dos equipamentos de proteção individual (EPI) e disponibilidade deles para a sua utilização. Com relação aos EPIs, assinale a alternativa CORRETA:

A questão refere-se ao uso dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI) a resposta do gabarito refere-se a Equipamentos de Proteção Coletiva (EPC). Além disso, "Chuveiros de emergência, lava-olhos e extintores, embora sejam de uso coletivo, podem ser inseridos em outra categoria (Equipamento para emergência e mitigação de incidentes ou acidentes) fora dos EPC, uma vez que são acionados quando já aconteceu o evento indesejado (acidente ou incidente). Então, a função genuína desses dispositivos é mitigar os prejuízos (sejam estes humanos, ambientais ou materiais), e não agir para evitar tais ocorrências.

Recurso (Candidato): Anular a questão

Parecer (Banca):

Após análise da solicitação, verificou-se que no enunciado da questão onde Lê-se "Com relação aos EPIs, assinale a alternativa CORRETA:" faltou acrescentar EPCs, portanto o argumento do candidato(a) é pertinente, uma vez que o enunciado se refere somente a EPIs e não aos EPCs. Portanto, a banca é de parecer FAVORÁVEL ao deferimento da solicitação do candidato (a).

Decisão (Banca): Anular a questão

Publicado em: 30/10/2023



Resposta a Recurso contra Questão de Prova Concurso Público Técnico-Administrativo - PSTEC 2023 - Nível Médio

Candidato(a): 14828. Larissa Emily Santos da Silva [***.288.462-**]

Recurso em: 17/10/2023 às 09:46:33

Tópico: NM64 Técnico de Laboratório/Área: Genética [Conhecimentos Específicos ao cargo – Questões: 21-45]

Questão: 27

Questionamento (Candidato):

De acordo com o Manual de EPI e EPC – Saúde Ocupacional e Segurança do Trabalho – SOST, UNIVASF/Ebserh – Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, 2019

Equipamento de Proteção Coletiva (EPC) (NR-09): são dispositivos ou sistemas, de âmbito coletivo, destinados à preservação da integridade física e da saúde dos empregados.

EX: cabines de segurança biológicas, capelas de exaustão química, extintores de incêndio, chuveiro de emergência e lava-olhos.

Equipamento de Proteção Individual (EPI) (NR-06): são dispositivos ou produtos, de uso individual, a serem utilizados pelo empregado, destinados à proteção de riscos suscetíveis de ameaçar à segurança e a saúde no trabalho. Todos os EPI's são obrigatoriamente registrados juntos ao Ministério do Trabalho, obtendo deste um Certificado de Aprovação (CA) e seu modelo deve constar no Anexo 1 da Norma Regulamentadora Nº 06 (NR-6) do mesmo ministério.

EX: protetores faciais, oculares, jaleco, luvas, calçados de segurança.

Uma vez que a questão 27 pede a alternativa CORRETA em relação aos EPIs, e o gabarito aponta a alternativa "D" como certa, e a mesma fala sobre EPC, não há resposta. Com base nisso, venho pedir a anulação desta questão e consequente a atribuição dos pontos.

Anexo (Candidato):

<https://drive.google.com/open?id=1VuKROp9LBFCXv874Zg03QuecqpFod4Pf>

Recurso (Candidato): Anular a questão

Parecer (Banca):

Após análise da solicitação, verificou-se que no enunciado da questão onde Lê-se "Com relação aos EPIs, assinale a alternativa CORRETA:" faltou acrescentar EPCs , portanto o argumento do candidato(a) é pertinente, uma vez que o enunciado se refere somente a EPIs e não aos EPCs . Portanto, a banca é de parecer FAVORÁVEL ao deferimento da solicitação do candidato (a).

Decisão (Banca): Anular a questão

Publicado em: 30/10/2023



Resposta a Recurso contra Questão de Prova Concurso Público Técnico-Administrativo - PSTEC 2023 - Nível Médio

Candidato(a): 5244. Marcia Leticia Monteiro Gomes [***.008.962-**]

Recurso em: 17/10/2023 às 14:07:08

Tópico: NM64 Técnico de Laboratório/Área: Genética [Conhecimentos Específicos ao cargo - Questões: 21-45]

Questão: 27

Questionamento (Candidato):

Excelentíssima banca, solicito a anulação da questão de número 27 que deixa claro que deveria ser marcada a alternativa correta no que se diz respeito aos Equipamentos de proteção individual (EPIs), no entanto, o gabarito preliminar colocou a assertiva correta como sendo letra "D" que corresponde a descrição de Equipamentos de proteção coletiva (EPC). A alternativa "D" estar correta quanto ao conceito e exemplo de EPC, no entanto, o comando da questão deixou claro que queria a assertiva correta em relação aos EPIs.

Recurso (Candidato): Anular a questão

Parecer (Banca):

Após análise da solicitação, verificou-se que no enunciado da questão onde Lê-se "Com relação aos EPIs, assinale a alternativa CORRETA:" faltou acrescentar EPCs, portanto o argumento do candidato(a) é pertinente, uma vez que o enunciado se refere somente a EPIs e não aos EPCs. Portanto, a banca é de parecer FAVORÁVEL ao deferimento da solicitação do candidato (a).

Decisão (Banca): Anular a questão

Publicado em: 30/10/2023



Resposta a Recurso contra Questão de Prova Concurso Público Técnico-Administrativo - PSTEC 2023 - Nível Médio

Candidato(a): 830. Sandro Tonello [***.810.469-**]

Recurso em: 17/10/2023 às 15:40:43

Tópico: NM64 Técnico de Laboratório/Área: Genética [Conhecimentos Específicos ao cargo - Questões: 21-45]

Questão: 27

Questionamento (Candidato):

A questão 27 apresenta em seu enunciado "Com relação aos EPIs, assinale a alternativa CORRETA:"
A alternativa correta da questão foi dada como a alternativa d) "Os equipamentos de proteção coletiva (EPC) têm a função de proteger o ambiente e a saúde dos laboratoristas, além da integridade deles. São eles: as cabines de segurança biológicas, capelas de exaustão química, extintores de incêndio, chuveiro de emergência e lava-olhos."

Levando em consideração que o enunciado deixa claro que a questão busca saber apenas sobre EPIs, e não sobre EPCs, apesar da alternativa d) estar correta com relação aos EPCs, ela não está em concordância com o que foi questionado no enunciado.

Recurso (Candidato): Anular a questão

Parecer (Banca):

Após análise da solicitação, verificou-se que no enunciado da questão onde Lê-se "Com relação aos EPIs, assinale a alternativa CORRETA:" faltou acrescentar EPCs, portanto o argumento do candidato(a) é pertinente, uma vez que o enunciado se refere somente a EPIs e não aos EPCs. Portanto, a banca é de parecer FAVORÁVEL ao deferimento da solicitação do candidato (a).

Decisão (Banca): Anular a questão

Publicado em: 30/10/2023



Resposta a Recurso contra Questão de Prova Concurso Público Técnico-Administrativo - PSTEC 2023 - Nível Médio

Candidato(a): 831. Natália Lima Lira [***.978.998-**]

Recurso em: 17/10/2023 às 15:47:45

Tópico: NM64 Técnico de Laboratório/Área: Genética [Conhecimentos Específicos ao cargo – Questões: 21-45]

Questão: 27

Questionamento (Candidato):

A questão se tratava de assinalar a alternativa correta com relação aos equipamentos de proteção INDIVIDUAL (EPIs).

Segundo gabarito, a questão a ser assinalada seria a questão "d" onde: Os equipamentos de proteção COLETIVA (EPC) têm a função de proteger o ambiente e a saúde dos laboratoristas, além da integridade deles. São eles: as cabines de segurança biológicas, capelas de exaustão química, extintores de incêndio, chuveiro de emergência e lava-olhos.

Como a questão falava sobre EPIs, não está correto dizer que uma alternativa falando sobre EPCs seja a resposta correta.

Recurso (Candidato): Anular a questão

Parecer (Banca):

Após análise da solicitação, verificou-se que no enunciado da questão onde Lê-se "Com relação aos EPIs, assinale a alternativa CORRETA:" faltou acrescentar EPCs , portanto o argumento do candidato(a) é pertinente, uma vez que o enunciado se refere somente a EPIs e não aos EPCs . Portanto, a banca é de parecer FAVORÁVEL ao deferimento da solicitação do candidato (a).

Decisão (Banca): Anular a questão

Publicado em: 30/10/2023